ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Научно-исследовательская экоаналитическая лаборатория
Российская Федерация, 610007, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 198
Аттестат аккредитации № RA.RU.518374, внесен в реестр 07.09.2015

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 134/В от 25.06.2020

1. Предприятие (заказчик): ООО «Домашний Родник»
2. Адрес заказчика: 610035, Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д. 9
3. Наименование объекта испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Акт (акт-заявка) отбора пробы: № 134 от 23.06.2020
5. Регистрационный номер пробы: № 134
6. Место отбора пробы: г. Киров, вода после системы «Домашний Родник»
7. Дата отбора пробы: 23.06.2020 Дата доставки пробы: 23.06.2020
8. Условия окружающей среды во время отбора проб: температура +18°С, влажность 63 %, давление 748 мм рт. ст.
9. НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014
10. Дата проведения измерений: 23.06.2020
11. Условия проведения измерений: температура 22-23 °С, влажность 43-45 %, давление 745-746 мм рт. ст.

№ п/п	Определяемая характеристика	Методика измерений	Результат КХА	Погрешность/неопределенность	ПДК*	ПДК**
1	Жёсткость общая, °Ж	ГОСТ 31954-2012	менее 0,1		7,0	7,0
2	Окисляемость перманганатная, мг О/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	менее 0,25		5,0	3,0
3	Железо общее, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	менее 0,05		0,3	0,3
4	Общая минерализация, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010	295	± 27	1000	1000
5	Запах 20^{0}С, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	0		2	0
6	Привкус, баллы		0		2	0
7	Цветность, град. цветности	ГОСТ 31868-2012	менее 5		20	5
8	Кальций, мг/дм^3	ФР.1.31.2008.01738	менее 1,0		-	130

* СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.
** СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.

Ответственный за оформление протокола _____ Т.Л. Недопекина

Заведующий лабораторией _____ В.А. Титова

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания. Проба отобрана заказчиком. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён или тиражирован без разрешения научно-исследовательской экоаналитической лаборатории ВятГУ

Количество страниц 1. Количество экземпляров 2.

окончание протокола